

Barevné chirurgické označovací pásky se vyrábějí z polyesterové příze ve formě proužků s bočními okraji založenými dovnitř. Použitý způsob pletení omezuje třepení na místech průstřihů. Nezpůsobují záněty, vyznačují se vysokou chemickou čistotou a mechanickou pevností. Jsou nenáročné na skladování.

Použití:

- pro odtažení a fixaci vypreparovaných tkání při operaci

Druhy:

- červené na tepny; modré na žíly; žluté na močové cesty, bílé na nervy
- sterilní (radiačně sterilizované)

Rozměry a balení:

- o průměru od 2 mm do 4 mm v délce 900 mm
- baleno v sáčcích papír-fólie po 1 ks a následně v krabičkách obsahujících 10 balení po 1 ks

