Lehká gynekologická síťka G-Mesh

Gynekologická síťka G-Mesh® je vyrobena z monofilového polypropylenového vlákna (průhledná a modrá) s tloušťkou vlákna 0,10 mm. Gynekologická síťka G-Mesh® se používá v rekonstrukční chirurgii k léčbě redukce reprodukčního orgánu (Pelvic Organ Prolapse, POP).

Modré orientační čáry usnadňují viditelnost a umístění výrobku v operační oblasti.

Konce každého ramene jsou speciálně tvarovány tak, aby umožnily bezpečné uchycení síťky v uchu aplikátoru, který se používá k zavedení implantátu skrze anatomické struktury, a k umístění v těle pacientky.

Každý typ síťky je dostupný v jedné velikosti – s možností menších úprav rozměrů, které provede chirurg během implantace, aby síťku přizpůsobil individuální anatomii pacientky.

Použití:

Chirurgické síťky G-Mesh® se používají v rekonstrukční chirurgii k léčbě deprese reprodukčních orgánů. Rekonstrukční chirurgie by neměla být první volbou léčby a měla by být věnována pacientům se symptomatickou nedostačivostí reprodukčních orgánů. Léčba je možná pouze v případě, že pacient nebo zákonný zástupce si je vědom možných komplikací a souhlasí s chirurgickou léčbou. Množství použité síťky by mělo být co nejmenší. Chirurgická léčba by měla být prováděna v souladu s pokyny EAU (*Evropská urologická asociace*).

Druhy:

- Posterior 2 (2ramenný implantát)
- Anterior 4 (4ramenný implantát)
- Posterior 6 (6ramenný implantát)
- sterilní (sterilizováno etylenoxidem)

Rozměry a balení:

- baleno v dvojitém papírovém obalu s fólií a dále v kartonové obálce po 1 ks







MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem PCBC SA a nesou značku CE s číslem 1434

>>

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026