

Urologické pásy se vyrábějí z průhledné, monofilamentní polypropylénové příze. Na obou koncích pásy mají barevné (modré) úchytky umožňující jejich bezpečné upevnění na odpovídající aplikátor. Tyto úchytky jsou také vyrobeny z monofilamentní polypropylénové příze. Každá úchytka je navíc vybavena ochranou před vytržením z pásy vlivem síly potřebné k jejímu protažení anatomickými strukturami. Páska samotná je biostabilní, tudíž neztrácí se fyzikální vlastnosti při dlouhodobém kontaktu s tkáněmi a tělními tekutinami, má porézní strukturu minimalizující riziko bakteriální infekce a optimálně navrženou prostorovou strukturu s velikostí pórů umožňující rychlé prorůstání pojivové tkáně.

Použití:

- je určena pro chirurgickou léčbu inkontinence u žen metodami TVT a TOT, které umožňují implantaci syntetických pásek bez napružení

Druhy:

- sterilní (sterilizované ethylenoxidem)

Rozměry a balení:

- v délkách 45 cm a 60 cm
- baleno ve dvojitém obalu papír-fólie se skladem a následně v obalu z tvrdého papíru po 1 ks

Více informací na: www.dallop-nm.com

